


Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Qualitätssicherung
Elsenheimerstr. 39
80687 München



Stempel Antrag stellende Praxis

Anlage
zum Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung
von Leistungen der **Strahlentherapie**

Erklärung stereotaktische Radiochirurgie (SRS)
gemäß § 12 Abs. 3 der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und –therapie

Für jedes Gerät ist eine eigene Erklärung auszufüllen:

Herstellerfirma:	_____
Typ:	_____
Baujahr:	_____
Standort Gerät:	_____ (Anschrift: PLZ, Ort, Straße) _____

Anforderungen an die apparative Ausstattung

Gemäß § 12 Abs. 3 Strahlendiagnostik und -therapievereinbarung (neu) darf die SRS nur mit folgenden Bestrahlungsgeräten erbracht werden:

- dedizierte Linearbeschleuniger zur Durchführung von SRS
- stereotaxieadaptierte Linearbeschleuniger.
- dedizierte Bestrahlungsgeräte mit Kobalt-60-Gamma-Strahlungsquellen zur Durchführung von SRS.

Die Lagekontrolle des Zielvolumens während der SRS erfolgt mittels geeigneter technischer Maßnahmen

(z. B. mittels Bildgebung, stereotaktischem Rahmen oder optoelektronisch).

Für die Behandlung des Vestibularisschwannoms soll die Referenzdosis im Zielvolumen mindestens 11 Gy betragen.

Das Bestrahlungsgerät sowie die Hilfsgeräte in der Strahlentherapie entsprechen den Anforderungen nach § 12 Abs. 3 der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und –therapie für die

Stereotaktische Radiochirurgie (SRS): ja nein

Abweichungen von der geforderten apparativen Ausstattung (Anforderungen s. S. 1):

Die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Sachverständigen oder des Herstellers

